

TIPO / RESPONSABLES TRATAMIENTO	CÓDIGO	TIPIFICACIÓN PAÍS	N/A	Incidente		Evento Adverso	
		TIPIFICACIÓN INTERNACIONAL		Near Miss	Precursor	Serious	Critical
ADOS CON PACIENTES	EVENTOS GENERALES						
	A00	Paciente AOR otro (Calambre muscular / Fiebre / Escalofríos/ Hipoglicemia sin intervención / Hipotensión <300 ml /)		INT / COL		COL	
	A03	Abuso real o supuesto de un paciente				INT / COL	
	A05	Reacción alérgica sistémica o reacción adversa a las medicamentos			INT	COL	
	A06	Anafilaxia	COL			INT	
	A91	Dolor toracico transitorio - arritmia (sin hospitalizacion o remisión urgencia)			INT / COL		
	A09	Muerte, repentina e inesperada					INT / COL
	A11	Caída - paciente		INT		COL	
	A12	Remisión de emergencia: evento serio de CV					INT / COL
	A13	Remisión de emergencia: otro evento				INT / COL	
	A16	Error de administración de medicamento			INT	COL	
	A17	Cita perdida: paciente no llego			INT / COL		
	A18	Cita perdida: problemas de transporte o instalaciones			INT / COL		
	A21	Muestra de infección perdida		INT	COL		
	A22	Sospecha de Seroconversión (Hep B, HIV, etc.)				INT	COL
	A23	Sospecha de infección transmisible (MERS CoV, TB, MDRO)				INT	COL
	A26	Reacción de transfusión: sospecha	COL		INT		
	A27	Error de entrega de tratamiento			INT / COL		
	A28	No se puede entregar el Tx recetado debido a problemas de suministro			INT / COL		
	A61	Hipoglucemia que requiere intervención			INT / COL		
	A62	Complicación en el sitio de punción			INT / COL		
	A79	Edema pulmonar durante la infusión IV			INT / COL		
	A80	Paciente que broncoaspira			INT	COL	
	A81	Sangrado masivo gastrointestinal			INT	COL	
	A82	Intención / intento de suicidio				INT / COL	
	A83	Suicidio mientras está en las instalaciones					INT / COL
	A84	Retiro y/o Desconexión accidental del catéter vascular			COL	INT	COL
	A87	Embolia aerea venosa (VAE) durante la infusion IV			INT	COL	
	A88	Problemas con registros de pacientes - pérdida o inexactitud		INT	COL		
	A89	Error identificado de medicamento antes de administrarlo		INT/COL			
	A90	Omisión de medicación - sin instrucción médica		INT	COL		
	A63	Bacteremia asociada a grampositivos			INT	COL	
	A64	Bacteremia asociada a gramnegativos			INT	COL	
	A65	Brote- bacteremia asociada a grampositivos (> 3 pacientes con el mismo organismo informado en la clinica en 1 semana)					INT / COL
	A66	Brote- bacteremia asociada a gramnegativos (> 3 pacientes con el mismo organismo informado en una clinica en 1 semana)					INT / COL
	A67	El virus transmitido por la sangre confirmó 3 casos del mismo virus en 2 semanas / BROTE					INT / COL
	A68	Infección transmisible confirmada (> 3 informada en una clinica en 48 horas) / BROTE					INT / COL
	EVENTOS ESPECIFICOS HEMODIÁLISIS						
	A01	Complicaciones de acceso			INT/ COL		
	A02	Infiltración de acceso			INT / COL		
	A04	Embolia aérea (HD)				INT	COL
	A92	Infección de acceso arteriovenoso			INT	COL	
	A93	Infección de catéter central (No Bacteremia)			INT	COL	
	A07	Pérdida de sangre significativa del circuito EC (HD)		INT		COL	
	A08	Circuito coagulado o dializador (HD)			INT / COL		
	A10	Fuga de sangre del Dializador (HD)			INT / COL		
	A14	Hemólisis, sospecha (HD)				INT / COL	
A15	Hipotensión que requiere líquidos por vía intravenosa> 300 ml			INT / COL			

(A) EVENTOS RELACIONADOS

A19	Después de tratamiento de HD, sangrado prolongado > 30 min / Hemostasia					INT/ COL	
A20	Sospecha de Reacción de pirógenos					INT/ COL	
A24	Tiempo de tratamiento acortado> 30 min - solicitud del paciente					INT/ COL	
A25	Tiempo de tratamiento acortado> 30 min - problemas de entrega					INT / COL	
A29	Retiro accidental / Desconexión accidental de aguja venosa				INT / COL		COL
A77	Uso de un dializador de reutilización incorrecto	COL					INT
A78	Sospecha de reutilización de la reacción esterilizante	COL					INT
A85	Interrupción del tratamiento debido a complicaciones					INT / COL	
EVENTOS ESPECIFICOS DIALISIS PERITONEAL							
A30	Pneumoperitoneo PD (Tercerizado)					INT / COL	
A31	Hemoperitoneo PD (Tercerizado)					INT / COL	
A32	Hidrotorax PD (*Complicación mecánica)					INT / COL	
A33	Peri-catéter y fuga subcutánea PD (*Complicación mecánica)					INT / COL	
A34	Desplazamiento del catéter PD (*Complicación mecánica)					INT / COL	
A35	Extrusión del retenedor (*Complicación mecánica)					INT / COL	
A53	Separación del adaptador de Titanio/ Línea de transferencia					INT / COL	
A86	Rotura / porosidad del catéter peritoneal					INT / COL	
A94	Peritonitis relacionada con la terapia					INT / COL	
A95	Infecciones relacionadas con catéter peritoneal, orificio y/o trayecto del catéter					INT / COL	
REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS							
A40	Accidente cerebrovascular o evento neuro durante el procedimiento					INT / COL	
A41	Hipoxia durante la anestesia	COL					INT
A42	Broncoaspiración durante la anestesia	COL					INT
A43	Uso de agentes de reversión de la anestesia	COL				INT	
A44	Intubación (no planificada)					INT	COL
A45	Otra ocurrencia relacionada con la anestesia local					INT / COL	
A46	Retorno no planificado a la sala de procedimientos					INT / COL	
A47	Hipotensión post procedimiento					INT / COL	
A48	Embolia pulmonar post procedimiento						INT COL
A49	Neumotórax durante o post procedimiento						INT COL
A50	Hematoma durante o post procedimiento					INT COL	
A51	Extravasación de contraste	COL				INT	
A52	Fallo de procedimiento					INT	COL
A54	Isquemia de la mano durante / post procedimiento					INT	COL
A55	Embolia arterial durante / post procedimiento						INT COL
A56	Sangrado post procedimiento					INT	COL
A57	Incumplimiento de Procedimiento con respecto a la política						INT / COL
A58	Lesiones involuntarias durante el procedimiento						INT / COL
A59	Error en Procedimiento / sitio incorrecto						INT / COL
A60	Otro procedimiento relacionado con AOR					INT / COL	
RIESGOS MATERIALIZADOS NOTIFICABLES							
A70	Quemaduras graves ya sean térmicas, químicas, radiológicas o eléctricas						INT / COL
A71	Lesiones internas graves, incluidas laceraciones de órganos, procesos infecciosos, retención de cuerpos extraños, lesiones de órganos sensoriales o lesiones de órganos reproductores						INT / COL
A72	Discapacidad sustancial, incluidas fracturas, amputaciones o desfiguraciones						INT / COL
A73	Déficit neurológico, sensorial o sistémico no anticipado, daño cerebral, parálisis permanente (que incluye paraplejía y tetraplejía)						INT / COL
A74	Pérdida visual o auditiva parcial o completa no anticipada						INT / COL
A75	Falla renal o sepsis no anticipadas						INT / COL
A76	Lesiones relacionadas con el nacimiento, muerte materna o fetal, lesiones relacionadas con la anestesia, puntajes de Apgar de 5 minutos por debajo de 5, cualquier resucitación de un bebé, fracturas o dislocaciones	COL					INT
B00	Evento adverso de compañero de equipo o visitante					INT / COL	
B01	Abuso, conflictos, asalto a Teammate						INT / COL
B02	Caída - Compañero de equipo o visitante					INT / COL	
B03	Lesión por pinchazo de aguja: posible inoculación de sangre						INT / COL

ONADOS
PAÑEROS
AJARES

(B) EVENTOS RELACIONADOS CON PACIENTES, CON FAMILIA Y EQUIPO	B04	Lesión a un compañero de equipo o visitante			INT / COL			
	B05	Exposición mucocutánea a sangre			INT / COL			
	B06	Otras lesiones cortopunzantes			INT / COL			
	B07	Discriminación /acoso sexual				INT / COL		
	B08	Conflictos de compañeros				INT / COL		
	B09	Reducción de la calidad en el servicio relacionado con capacidad instalada		INT / COL				
	B10	Errores menores por entrenamiento no efectivo		INT / COL				
	B11	Abuso verbal		INT / COL				
	B12	Exposición o contacto con sustancia nocivas		INT / COL				
	(C) EVENTOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA	C00	Otros eventos		INT / COL			
		C01	Brigada de seguridad de la instalación				INT / COL	
		C02	Fuego				INT / COL	
C03		Daño a la estructura de la instalación		INT / COL				
C04		Afectación al medio ambiente			INT / COL			
C05		Inundaciones, aguas residuales, daños por agua				INT / COL		
C06		Falla del sistema de agua				INT / COL		
C07		Fallo de alimentación energía > 15 minutos				INT / COL		
C08		Desastre natural				INT / COL		
C09		Fallo de sistemas de Tecnología- informacion			INT / COL			
C10		Pérdida de instalaciones					INT / COL	
C11		Brecha de seguridad de Tecnología - informacion				INT / COL		
C12		Pérdida de la propiedad del paciente				INT / COL		
C13		Violación de privacidad de datos				INT / COL		
C14	Ambiente de trabajo inseguro		INT / COL					
(D) EVENTOS DE PRODUCTO O SERVICIO	D00	Otro producto AOR (Incumplimiento parámetros físicoquímicos del agua / Error en la identificación del tubo de la muestra)		INT / COL				
	D01	Error en la preparación del concentrado			INT / COL			
	D02	Defecto del filtro Dializador			INT / COL			
	D03	Defecto de línea de sangre			INT / COL			
	D04	Falla / defecto del dispositivo médico			INT / COL			
	D05	Mal funcionamiento de varias máquinas (misma falla en varias máquinas dentro de 24 horas)				INT / COL		
	D06	Problema de entrega de producto / suministro		INT / COL				
	D07	Defecto producto PD			INT / COL			
	D08	Mal uso del equipo			INT / COL			
	D09	Problemas de seguridad del dispositivo (problemas informados por el proveedor que requieren el retiro del producto)		INT / COL				
	D10	Servicio no conforme contratado			INT / COL			
	D11	Defecto del lote del producto				INT / COL		
	D12	Problemas leves del dispositivo médico		INT / COL				
D13	Fallas de los filtros de endotoxinas de las máquinas / Reportes de análisis microbiológico en las máquinas fuera de rango		INT / COL					